

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>俞丽华</u>	
	职称: <u>高级实验师、主治医师</u>	
	工作单位: <u>安徽中医药大学</u>	
项目信息	项目名称: <u>郎溪县人民医院 64 排 CT 球管采购项目</u>	
	供应商名称: <u>安徽优一商贸有限公司</u>	
专业人员 论证意见	<p>CT机球管更换,只选用同样技术参数 球管,这样才能保证该设备性能指标的稳 定性及可溯源性,不同品牌(包括同品牌不同型 号)的球管技术参数均有差异,因此CT机球管的 更换只选用原品牌同型号产品。该型号球管 为原厂唯一供应产品,市场只从制造商或 制造商授权的具有经营资质的单位购买,而且 符合中华人民共和国政府采购法第三十一条单 源采购条件,建议该项目采用单一来源方式 从原厂授权唯一供应商安徽优一商贸有 限公司采购。</p>	
专业人员签字	<u>俞丽华</u>	日期 <u>2025年 12月 29日</u>

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 范典权
	职称: 主任
	工作单位: 合肥市二院
项目信息	项目名称: 郎溪县人民医院 64 排 CT 球管采购项目
	供应商名称: 安徽优一商贸有限公司
专业人员论证意见	<p>VMRC 球管为飞利浦 Incisive CT 机型专用球管, 在其它类型球管可以替代。安徽优一商贸有限公司是宣城地区郎溪县飞利浦 Incisive 机型唯一授权经销商, 因此 Incisive 配套球管须单一来源采购, 就从安徽优一商贸有限公司采购。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;">范典权</div> <div style="width: 55%;">日期 2015 年 12 月 29 日</div> </div>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>韩燕全</u>	
	职称: <u>主任药师</u>	
	工作单位: <u>安徽中医药大学第一附属医院</u>	
项目信息	项目名称: <u>郎溪县人民医院 64 排 CT 球管采购项目</u>	
	供应商名称: <u>安徽优一商贸有限公司</u>	
专业人员论证意见	<p>飞利浦 Incisive 64 排 CT 为高端影像诊断设备, 具有很高的先进性和整体精密度。球管是 CT 的主要部件, 球管的质量直接影响 CT 的图像质量、设备安全性和稳定性, 其高级故障诊断软件 (诊断维修钥匙, Service, key) 为飞利浦专有知识产权, 且该型号球管厂家独立供应产品, 市场上只能从制造商或制造商授权的具有该设备经营资质的单位购买。</p> <p>该院现有的飞利浦 Incisive 64 排 CT 球管 (型号为 VMRC, 热容量: 8mHu) 曝光次数已达 170 万秒, 远超行业平均的 120 万秒, 随时可能损坏。为了保证该设备的正常运行, 提高开机率, 保证对患者的治疗工作正常开展。同时, 由于高端设备软、硬件的属性, 特殊性 & 知识产权保护, 设备制造商能提供较全面的解决方案。</p> <p>因此, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十条规定, 建议采用单一来源方式, 采购上述设备配件。</p>	
专业人员签字	<u>韩燕全</u>	日期 <u>2025</u> 年 <u>12</u> 月 <u>29</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。